RFX CARE®

初始污染菌检测报告

BIOBURDEN TEST REPORT

样品 Sample	产品名称和编号 Item Name and Number	Face mask_blue_PP D20108-50P	批号 Lot No.	507697	规格 Size 包装规格 Packing specification	9.5*17.5cm 50 pieces/bag

试剂 Reagent	试剂名称/Name of reagent	胰酪胨大豆琼脂培养基/TSA	沙氏葡萄糖琼脂培养基/SDA	0.9%NACl
	试剂批号 Reagent lot No.	8312979	8031752	Z25S9Y71121
	配置日期/Configure date	2020-04-08	2020-04-08	2020-04-08
	配置有效期/Configuration validity period	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-29

仪器 Instrument	仪器名称 Instrument Name	超净工作台 Ultra-clean bench	电子天平 Electronic balance	生化培养箱 Biochemical incubator	生化培养箱 Biochemical incubator	移液器 Pipette	电子天平 Electronic balance
	编号 Number	M-037	M-019	M-020	M-461	M-336	M-219
	参数 Parameter	N/A	N/A	35℃	23℃	N/A	N/A
	校验有效期 The period of validity	2020-04-22	2021-03-03	2021-03-03	2020-09-11	2021-03-05	2020-07-08

实验日期/ Test date	2020-04-08	检验依据/ Test Standard	RFX/JCQ-H-001

测试结果 Test result record

胰酪胨大豆琼脂培养基 TSA 培养温度 Temperature 35℃	培养开始日期/时间 Incubation start date / time	2020-04-08 16:00	培养结束日期/时间 Incubation stop Date/time	2020-04-10 16:50

超净工作台菌落数 The colony number of Vertical superclean bench （cfu/dish）	1	2	3	微生物检测室菌落数 The colony number of Bioburden Testing（cfu/dish）	1	2
	1	<1	1		2	3
结果判定（百级超净台沉降菌≤1cfu/皿） Results of Evaluation(100 level clean bench sediment bacteria ≤1 cfu/dish）	Pass	Pass	Pass	结果判定（万级沉降菌≤3cfu/皿） Results of Evaluation(10000 level sediment bacteria ≤3cfu/dish）	Pass	Pass

RFX CARE®

样品编号 Sample No.	细菌平皿菌落数/Bacteria Count(cfu/plate) 胰酪胨大豆琼脂培养基/TSA 培养温度/Temperature 35℃		真菌平皿菌落数/Mould Count(cfu/plate) 沙氏葡萄糖琼脂培养基/SDA 培养温度/Temperature 23℃		测试量 Test quantity (g)	稀释液体积 Diluent volume (ml)	总菌数/Total Bioburden		初始污染菌 Total bioburden (cfu/g)
	培养开始日期/时间 Incubation start date / time	2020-04-08 16:00	培养开始日期/时间 Incubation start date / time	2020-04-08 16:00			细菌 Bacteria(cfu/g)	真菌 Mould(cfu/g)	
	培养结束日期/时间 Incubation stop Date/time	2020-04-15 10:00	培养结束日期/时间 Incubation stop Date/time	2020-04-15 10:00					
1	<1		<1		5	50	<10	<10	<10
	<1		<1						
2	<1		<1		5	50	<10	<10	<10
	<1		<1						
3	1		<1		5	50	5	<10	5
	<1		<1						
4	1		<1		5	50	10	<10	10
	1		<1						
5	<1		<1		5	50	<10	<10	<10
	<1		<1						
平均 Average	0.3		<1		5	50	3	<10	3
阴性对照 Negative Control	<1		<1		N/A	N/A	<1	<1	<1
	<1		<1						
备注 Remark	N.A								
判断依据 Limited	总菌落/Total bioburden≤30cfu/g								
结论 Conclusion	Pass								

检验人 Tested By: 潘征艳 2020.04.15

批准人 Approved By: 董总 2020.04.15